

電子添文改訂のお知らせ

2026年4月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子化された電子添文をご参照くださいますよう
宜しくお願い申し上げます。

記

インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto Flu A,B

改訂部分抜粋（ _____ 改訂）

改訂後(2026年4月改訂 第15版)	改訂後(2024年12月改訂 第14版)
【形状・構造等（キットの構成）】 2)抽出液 界面活性剤を含む緩衝液 注)クイック チェイサー®の下記品目の抽出液は共通試薬です。 ・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto Flu A,B～ ・SARS コロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu(製造販売承認番号：30400EZX00099000) クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu A,B(製造販売承認番号：30700EZX00001000)	【形状・構造等（キットの構成）】 2)抽出液 界面活性剤を含む緩衝液 注)クイック チェイサー®の下記品目の抽出液は共通試薬です。 ・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto Flu A,B～ ・SARS コロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu(製造販売承認番号：30400EZX00099000)
【用法・用量（操作方法）】 ●抽出容器各部名称 	【用法・用量（操作方法）】 ●抽出容器各部名称 
【使用上又は取扱い上の注意】 1)取扱い上(危険防止)の注意 ⑤付属の <u>フィルターキャップ</u> には密封性はありません。輸送及び保存の目的には使用しないで下さい。	【使用上又は取扱い上の注意】 1)取扱い上(危険防止)の注意 ⑤付属の <u>青色キャップ</u> には密封性はありません。輸送及び保存の目的には使用しないで下さい。
【包装単位】 ・付属品 フィルターキャップ…………… 10個	【包装単位】 ・付属品 青色キャップ(抽出液の一時保管用)…………… 10個

以上