

電子添文改訂のお知らせ

2024年12月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

SARSコロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu

改訂部分抜粋（_____改訂）

改訂後(2024年12月改訂 第5版)	改訂前(2024年5月改訂 第4版)
【測定結果の判定法】	【測定結果の判定法】
●判定上の注意 7) 経鼻弱毒生インフルエンザワクチン接種後一定期間は、 <u>ワクチン由来のインフルエンザウイルスで本品が陽性反応を示す可能性があります。</u>	●判定上の注意 新設

以上